



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Governo do Estado de SP

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão: 11 - 17/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

PREÂMBULO

CRENCIAMENTO

Empresas

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL
 LOTUS IND. E COMÉRCIO LTDA.
 AGFA HEALTCARE IMP. E SERVIÇOS LTDA.
 VMI TECNOLOGIAS LTDA

Representantes

ANTÔNIO KRETLY
 ROSEMEIRE APARECIDA BEZERRA CARRILHO FIDENC
 MARCELO MOMESSO PALIS
 AMAURY COSTA DA SILVA

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo desclassificado as propostas desconformes e selecionados entre os autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 1 Equipamento de ultrassom para radiologia, obstetrícia e vascular

Fase: Propostas

CANON	108.000,0000	Selecionada
LOTUS	0,0000	Sem Proposta
AGFA	0,0000	Sem Proposta
VMI	0,0000	Sem Proposta

Fase: Negociação

CANON	105.000,0000	Melhor Oferta
-------	--------------	---------------

Item: 2 •Equipamento de raios X digital

Fase: Propostas

VMI	330.000,0000	Selecionada
CANON	495.000,0000	Selecionada



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Governo do Estado de SP

Item: 2 •Equipamento de raios X digital

Fase: Propostas

LOTUS 250.000,0000 Não Selecionada

AGFA 445.830,0000 Não Selecionada

Fase: 1a Rodada de Lances

VMI 329.000,0000

CANON 495.000,0000 Declinou

Fase: Negociação

VMI 329.000,0000 Melhor Oferta

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 1 Equipamento de ultrassom para radiologia, obstetrícia e vascular		Arrematado/Vencedor
CANON	105.000,0000	1º Lugar
Item: 2 •Equipamento de raios X digital		Arrematado/Vencedor
VMI	329.000,0000	1º Lugar
CANON	495.000,0000	2º Lugar

NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

ITEM	EMPRESA	MENOR PREÇO	VALOR NEGOCIADO	SITUAÇÃO
1	CANON		105.000,0000	Melhor Oferta
2	VMI	329.000,0000	329.000,0000	Melhor Oferta

HABILITAÇÃO

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

1	CANON	105.000,0000	Arrematado/Ven
2	VMI	329.000,0000	Arrematado/Ven



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Governo do Estado de SP

ADJUDICAÇÃO / RECURSO

ENCERRAMENTO

PARTICIPARAM DA PRESENTE SESSÃO: DR. LUIZ CARLOS BEDA- DIRETOR TÉCNICO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE E SR. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ZARANELLO- DIRETOR ADM. DO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE. APÓS ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS. FORAM DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS: AGFA E LOTUS POR NÃO ATENDEREM A ESPECIFICAÇÃO NO ITEM: APARELHO DE RAIOS X. TENDO EM VISTA QUE OS VALORES OFERTADOS PELAS LICITANTES PARTICIPANTES/CLASSIFICADAS ESTÃO DENTRO DOS VALORES DE MERCADO. BEM COMO A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS MELHORES CLASSIFICADAS ATENDEM AO EXIGIDO NO EDITAL. PERGUNTADO AOS REPRESENTANTES PRESENTES SE ABREM MÃO DO PRAZO RECURSAL FOI RESPONDIDO APENAS PELA REPRESENTANTE DA EMPRESA LOTUS QUE O VALOR DA MELHOR CLASSIFICADA ESTÁ EXCESSIVO, NO ENTANTO NÓS (PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO) NÃO ACEITAMOS O MOTIVO DO RECURSO. QUANTO AOS DEMAIS REPRESENTANTES ABRIRAM MÃO DO PRAZO RECURSAL. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR ENCERRAMOS A PRESENTE SESSÃO.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

DATA/HORA	OCORRÊNCIA	FORNECEDOR
	ESPECIFICAÇÃO NÃO ATENDE " MESA FIXA"- EDITAL SOLICITA MESA COM ELEVAÇÃO...	LOTUS
	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO: deslocamento lateral transversal de 20 cm aproximadamente, o aparelho apresentado pela AGFA faz p deslocamento de 7 cm	AGFA

RECURSOS NA SESSÃO PÚBLICA

DATA/HORA	OCORRÊNCIA	FORNECEDOR
	ESPECIFICAÇÃO NÃO ATENDE " MESA FIXA"- EDITAL SOLICITA MESA COM ELEVAÇÃO...	LOTUS
	NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO: deslocamento lateral transversal de 20 cm aproximadamente, o aparelho apresentado pela AGFA faz p deslocamento de 7 cm	AGFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Governo do Estado de SP

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

ANTÔNIO KRETLY
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL

KÁTIA ALVES LEAL
Pregoeiro

ROSEMEIRE APARECIDA BEZERRA CARRILHO FIDENCI
LOTUS IND. E COMÉRCIO LTDA.

Luiza Regina Pereira
Membro/ Equipe de Apoio

MARCELO MOMESSO PALIS
AGFA HEALTHCARE IMP. E SERVIÇOS LTDA.

GLACINEI MARTINS
Membro/ Equipe de Apoio

AMAURY COSTA DA SILVA
VMI TECNOLOGIAS LTDA