



# Prefeitura Municipal de Alumínio

Data : 30/10/2019

Página : 1

Departamento de Materiais e Patrimônio  
E-mail: [compras@aluminio.sp.gov.br](mailto:compras@aluminio.sp.gov.br)  
Visite Nossa Página:: <http://www.aluminio.sp.gov.br/>

**Modalidade** 11 - PREGÃO PRESENCIAL - 23/2019**Número** 23/2019**Processo Nº** 00110039/2**LICITAÇÃO****MAPA PROPOSTA DE MATERIAL****Fornecedor**.....**Endereço** NI NI NÃO INFORMADO**CPF/CNPJ** 00.000.000/0000-00**Município** NÃO INFORMADO**Estado** NI**Insc. Est.****Devolução Proposta**

11/11/2019 10:00:00

**Abertura de Envelopes**

11/11/2019 10:00:00

**Condição de Pagamento**

Item	Quant.	Un.	Objeto de Licitação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	1	UN	1.60.07.0067-2			

FURGÃO ADAPTADO;

p/ Unidade Odontológica Móvel; potência mínima de 100 cv; cilindrada mín de 2.000 cc; injeção eletrônica; tanque de combustível mín de 70 l; tacômetro; altura interna mín de 1.800 mm no salão de atendimento, com capacidade volumétrica não inferior 10m3; porta lateral deslizante;

duas portas traseiras; central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis instalado na parte traseira inferior do armário;

painel elétrico interno sobre a bancada, régua integrada com no mínimo duas tomadas tri polares (2P+T) de 110~127 VCA; interruptores p/ iluminação e

ventilação do salão; tomada externa (tri polar) para captação de energia instalada na central elétrica na parte traseira do veículo com acesso pela porta

traseira; fio de extensão compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento; transformador automático ligado à tomada

de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 VCA, que forneça sempre 110 VCA para as tomadas internas,

luminárias, equipamentos odontológicos e elétricos dentro do veículo e ainda 220 VCA p/ o Ar Condicionado Split; iluminação do compartimento de

atendimento do veículo deve ser de dois tipos: natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros opacos

ou jateados nos seus 2/3 inferiores no compartimento de atendimento e artificial - deverá ser feita por no mínimo sete luminárias, instaladas no teto,

sendo seis 110 VCA e uma de emergência 12 VCC, com diâmetro mínimo de 200 mm, em base estampada em alumínio ou em plástico injetado, cor branca em modelo LED. Equipamentos odontológicos que deverão acompanhar a Unidade Odontológica Móvel: Compressor odontológico (mín 38 l) com

sistema de filtragem; Aparelho de raio-x odontológico de 70kVP, com corrente no tubo entre 7mA e 9mA, campo de radiação de, no máximo, 60 mm e

ponto focal de 0,8 x 0,8; bip sonoro conjugado a emissão de raios-x; tempo de exposição entre 0,2 a 2,5 seg.; disparador à distância, com cabo espiralado com comprimento mínimo de 5 (cinco) metros; Conjunto de peças de mão composto por alta rotação, contra-ângulo, micro motor odontológico e peça reta. Gabinete odontológico composto por: cadeira odontológica; equipo odontológico acoplado com braço articulado, com quatro

terminais sendo 1 p/ micro motor com spray (tipo borden) , 2 p/ alta rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa tríplice; Refletor odontológico (mín

8.000 lux). Unidade auxiliar acoplada à cadeira com bacia da cuspeira removível em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; ralo separador de detritos, seringa tríplice, 2 terminais de sucção. Mocho odontológico com regulagem do encosto pelo menos quanto à inclinação; regulagem de altura do assento. Autoclave de mesa p/ uso odontológico com volume interno de no mínimo 12 litros; Amalgamador do tipo batedor de

cápsula. Fotopolimerizador de led. Frigobar (mín 80 l). Ar condicionado no salão de atendimento, tipo Split, com no mínimo 18.000 (dezoito mil) BTUs,

220 VCA. O condensador do Split não deverá ser instalado dentro do salão de atendimento. Dois sistemas hidráulicos: 1) pressurizado externamente - Pia

em inox, torneira cromada no balcão, comando por pedal, dotada de entrada de água p/ conexão de mangueira interligada à tubulação externa, com

sifão sob a pia e mangueira pra descarga. Mangueiras com sistema de conexão rápida, sendo a de entrada de água de mínimo 20 metros; 2) Dois

reservatórios de água sendo um p/ água limpa de no mínimo 50 litros e outro p/ água servida de no mínimo 60 litros. Toldo externo na porta lateral com acionamento por meio de rosca sem fim e manivela tipo roll-up. Cortina tipo roll-up com largura compatível as portas traseiras e altura suficiente p/

proteger os equipamentos. Armários em L com prateleiras internas confeccionado em compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável. Dois extintores de Pó ABC de 6 kg.



# Prefeitura Municipal de Alumínio

Data : 30/10/2019

Página :

1

Departamento de Materiais e Patrimônio  
E-mail: [compras@aluminio.sp.gov.br](mailto:compras@aluminio.sp.gov.br)  
Visite Nossa Página:: <http://www.aluminio.sp.gov.br/>

**Modalidade** 11 - PREGÃO PRESENCIAL - 23/2019

**Número** 23/2019

**Processo N°** 00110039/2

## LICITAÇÃO

### MAPA PROPOSTA DE MATERIAL

**Nota :**

FURGÃO ADAPTADO PARA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL

FICHA:371

VINCULO:01.310.000

**VALIDADE DA PROPOSTA:** \_\_\_\_\_

**VALOR TOTAL:** \_\_\_\_\_

**PRAZO DE ENTREGA:** \_\_\_\_\_

ALUMÍNIO/SP, 30 de outubro de 2019

\_\_\_\_\_  
CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

### RECEBI A VIA ORIGINAL DESTE DOCUMENTO

**Fornecedor** .....

**Modalidade** 11 - PREGÃO PRESENCIAL - 23/2019

**Número** 23/2019

ALUMÍNIO/SP, 30 de outubro de 2019

\_\_\_\_\_  
CARIMBO E ASSINATURA DO FORNECEDOR