



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia  
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500  
C.N.P.J 58.987.629/0001-57 - E-mail:licitacao@aluminio.sp.gov.br

## ESCLARECIMENTO

PPRP Nº 14/2015

PROCESSO Nº 25/2015

Quanto ao item 11 - 1.14.02.0147-3 - FITA COM ÁREA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, COM QUALQUER QUÍMICA ENZIMÁTICA E MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA, FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 20 MG/DL A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 MG/DL E SUPERIORES A 600ML/DL.

Esclarecemos que: O **método de leitura** deverá ser **apenas através de amperometria.**

**OBS:** A empresa vencedora deverá apresentar no mínimo 200 medidores, os quais devem ter capacidade de memória de no mínimo 400 medições.

A SOLICITAÇÃO DO MESMO SE FAZ DA DIVISÃO DE PRONTO ATENTIMENTO.

Alumínio, 23 de abril de 2015.

Lais Dias Batista Comini

Pregoeira